

SỞ Y TẾ NGHỆ AN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH CHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : /TM-BVTC

Thanh Chương, ngày 12 tháng 11 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Về việc mời chào giá bồn rửa tay vô trùng

Kính gửi : Các Quý công ty và các đơn vị quan tâm

Bệnh viện đa khoa Thanh Chương đang có nhu cầu mua bồn rửa tay vô trùng, các đơn vị có khả năng cung cấp báo giá gửi về Bệnh viện đa khoa Thanh Chương với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương:

- Đơn vị yêu cầu báo giá:
 - Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương
 - Địa chỉ: Khối 6A, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
- Thông tin liên hệ người trực tiếp báo giá:
 - Gửi bà Bùi Thị Giang - phòng TCHC, bệnh viện Đa khoa Thanh Chương
 - SĐT: 0329779916
- Hình thức nhận báo giá:
 - Gửi thư ghi bên ngoài bì thư : Báo giá bồn rửa tay vô trùng
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
 - Thời hạn báo giá đến hết ngày: 22/ 11/2024
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục trang thiết bị:

STT	Tên tài sản	Số lượng dự trù mua	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương)	Ghi chú
1	Bồn rửa tay vô trùng	01	Cái	Cấu hình đồng bộ: - Bồn chính: 01 cái - Bơm tăng áp: 01 cái - Máy sấy tay tự động: 02 cái - Máy xả xà phòng bằng cơ: 01 cái	

				- Bình nước nóng : 01 cái - Vòi rửa tay: 02 bộ - Bộ lọc nước: 01 bộ - Tủ đựng đồ: 01 cái 2. Đặc tính kỹ thuật: a. Kích thước (mm): 1500 x570x745mm ±10 % b. Kết cấu chung: - Thiết bị có kết cấu vững chắc, kín, chứa các hệ thống cấp điện, cấp nước nóng, các van điều chỉnh lưu lượng và áp lực nước, hệ thống các ống dẫn, hệ thống an toàn. - Phần trên là bồn rửa inox SUS304 hoặc nhựa tổng hợp composite đúc nguyên khối có gắn 2 vòi rửa tay, 1 máy xả dung dịch tẩy rửa. - Các ống dẫn nước vào, nước ra của thiết bị được bố trí ở phía sau máy. Nước được diệt khuẩn bằng hệ thống vi lọc và đèn cực tím (UV) nhập ngoại. - Nước được đóng mở bằng các van điện từ, điều khiển riêng từng vòi theo hai chế độ: + Chế độ tự động: Vận công tắc chuyển nguồn sang chế độ tự động, nước sẽ được đóng ngắt tự động bằng hệ thống mất thần. - Máy sấy được lắp bộ cảm ứng tự động - Nguồn nước được gia nhiệt bằng bình nước nóng Ariston, hoặc tương đương. - Điện áp sử dụng: xoay chiều 1 pha khoảng 220V, tần số 50Hz - Công suất: khoảng 7KW - Thay đổi điện áp cho phép +5 / - 10%. Attomat bảo vệ: 30Ampe • Vòi cấp nước inox 304 • Van điện từ: 12V/10W • Bộ lọc: 5 µm • Đèn UV: 6 gallon • Bơm tăng áp: 200 W • Khung gắn bồn: 1100 mm • Bình nước nóng: 4500w	
--	--	--	--	---	--

				c. Vật liệu: - Toàn bộ làm bằng inox SUS304 hoặc nhựa tổng hợp composite đúc nguyên khối - Bơm nước: có bầu tích áp d. Yêu cầu khác: - Sản phẩm mới 100%. Năm sản xuất 2024. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13485:2016	
--	--	--	--	--	--

III. Hồ sơ chào giá

1. Báo giá do đại diện hợp pháp của công ty ký và đóng dấu công ty theo mẫu Phụ lục đính kèm
2. Giấy phép kinh doanh của đơn vị (Bản photo công chứng trong vòng 6 tháng)
3. Giấy chứng nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế (Bản photo công chứng trong vòng 6 tháng)
4. Catalogue, tài liệu tính năng kỹ thuật (thông số, đặc tính kỹ thuật của hàng hoá chào giá; nếu hàng nhập khẩu nước ngoài phải kèm bản dịch tiếng việt)

Lưu ý hàng hoá chào giá là hàng hoá mới, đạt tiêu chuẩn ISO, chưa qua sử dụng, được sản xuất từ năm 2024 trở về sau này.

Trong báo giá phải ghi rõ thời gian hiệu lực của báo giá. Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá. Bên ngoài bì thư phải ghi rõ nội dung “ Báo giá bồn rửa tay vô trùng”.

Bệnh viện đa khoa Thanh Chương kính đề nghị các quý công ty, đơn vị quan tâm và có khả năng cung ứng mặt hàng nêu trên gửi báo giá sản phẩm của Quý công ty cho Bệnh viện để chúng tôi tổng hợp và xây dựng giá theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu Tổ VT-TTB, VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thịnh Khuyên

Mẫu báo giá

(Kèm theo yêu cầu báo giá số , ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện đa khoa Thanh Chương)

BÁO GIÁ

Kính gửi: [Ghi rõ tên chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của ...[Ghi rõ tên chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

, chúng tôi là ...[Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất , nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục	Quy cách	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng... năm [Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày] , kể từ ngày... tháng... năm [Ghi ngày tháng năm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại Khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..., ngày ... tháng ... năm ..

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

